

STERIL MATERIEL

ALLMÄNT

För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Steril materiel enligt objektförteckning	0	Åtejp	Orig	Kallfd	8	Fdm	Fd

Avgränsningar

Objektförteckning

- Katetrar (kärl, dränage, uretär)
- Ophandskar
- Opplast
- Thoraxventiler
- Trachealkanyler

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn och förrådsställning

- Kontrollera att förpackningen är oskadad.
- Byt ut skadad materiel.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 8:e år

- Kontrollera att förpackningen är oskadad.
- Byt ut skadad materiel.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och vid mobilisering

Ingen central riktlinje.