

SENSORNOD CRN /K

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3161-878010	SENSORNOD CRN /K

Vårdbestämmelser

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i gällande underhållsplan.

Innan grundtillsynen ska sensornod CRN och dess tillbehör vara rengjorda.

Daglig och särskild tillsyn vara utförd.

Utrustningens TO-läge ska vara kontrollerat och eventuella åtgärder i gällande TO ska vara utförda.

Materielvårdsschema arkiveras till nästa grundtillsyn.

GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT 5	=	Grundtillsyn (utförs vart femte år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, utför GT som är aktuell detta år
Pos	=	Positionsnummer enligt löpnummer
Se Ref	=	Se anvisningar i reparationsbok

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-027881	IBOK SENSORNOD CRN
M7787-028451	RBOK SENSORNOD CRN
M7782-020092	MVSCHDS SENSNOD CRN

Sensornod CRN

Pos	GT		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	5			
1	x		C-sensor, pump sensorenhet	x	Kontrollera drifttiden. Byte av pump sensorenhet vid drifttid >2900 timmar
2	x		RN-sensor	x	Funktionskontroll mha Intenimeter 27A
3		x	Sensornod CRN /K	x	Kalibrering av tillverkare