

PARTIKELRÄKNARE

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3681-120010	PARTIKELRÄKNARE 1
M3681-120020	PARTIKELRÄKN 1B

Vårdbestämmelser

För information om det aktuella underhållsobjektet se referenser.

GT 1 = Grundtillsyn (utförs varje år)

Pos = Positionsnummer

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

För respektive materiel gällande användarmanual, materielvårdsschema eller motsvarande.

Normtabell

Vårdmarkering	Vårdpersonal	Vårdinstans
Klapp	T:9	Lev

Särskilda riktlinjer

Vårdpersonal

Endast auktoriserad tekniker får utföra servicen.

Partikelräknare

Pos	GT	System/komponent	Omfattning/felyttring
	1		
1	x	Instrument	Funktionskontroll
2	x	Instrument	Kalibrering
3	x	Hepafilter	Kontroll

Protokoll

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

F-bet / F-ben

Utförandeinstans: _____

Ansvarig: _____

Datum: _____

Signatur: _____

Intygsutfärdare för materiel som omfattas av RML:

Datum: _____

Signatur: _____

Pos	Kontroll	Krav	Resultat	Anm
1	Instrument	UA		
2	Instrument	UA		
3	Hepafilter	UA		
	Inventering materiel	Utförd		Ifyllt protokoll från extern leverantör/Cvst skall arkiveras. Ange i protokollet den testutrustning som använts. Protokoll, referens: ^a _____
	Vårdmarkering	Utförd		

^a Om flera protokoll finns, anteckna dessa under övriga kommentarer och tillägg.

Övriga kommentarer och tillägg:
