

PATIENTVÄRME 3 /S

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8289-442210	PATIENTVÄRME 3 /S

Allmänt

VARNING

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Daglig tillsyn

Före användning

- Transportlåda Kontroll renhet, skador, läsbarhet märkning, fastsättning och funktion.
- Förbrukningsmateriel Kontroll renhet, skador och utgångsdatum. Ersätt utgången förbrukningsmateriel.
- Övrig materiel Kontroll renhet, skador, funktion.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Sats Inventering enligt M7777-716350 SL F M8289-442210.
- Förbrukningsmateriel Ersätt förbrukad förbrukningsmateriel.
- Övrig materiel Kontroll renhet, skador, funktion.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Allmänt Förvaring av packad sats enligt förvaringsmetod angiven på satsens transportlåda.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER