

SUPPORTCONTAINER 20 FOT HELIKOPTER MEDEVAC

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-553011	SUPCO20 HKP M RFR/T

Daglig tillsyn

Daglig tillsyn på M2875-816011 BLODBANKSKYL /T utförs enligt M7782-023162 MVSCHD BLODBKYL.

Före användning

- Containeruppställning planhet, stabilitet
- Stödrullar upphissade
- Slangar, kablar, överkörningsskydd kontroll, placering
- Stagpåle, inkommande elkablar kontroll av anslutning
- Brandsläckare rengöring, skador, plombering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Stagpåle, inkommande elkablar kontroll av anslutning
- Larm funktion
- Laboratoriekyl, blodbankskyl fastsättning, larm, kondensvatten, rengöring
- Avfuktare funktion
- Klimataggregat funktion
- Dörrar stängning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

Invändigt

- Container skador på golv, tak, väggar
- Bärskenor skador, korrosion
- Utrustning lastsäkring
- Första förbandsskåp innehåll, utbyte, komplettering
- Ventilationsstrumpa skador, rengöring, byte
- Avfuktarens filter skador, rengöring, byte
- Laboratoriekyl rengöring
- Container rengöring

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Utvändigt

- Container, containerhörn skador, korrosion, förband
- Dörrar funktion, skador, korrosion
- Målning, märkning skador, bättringsmålning
- Kapellsträckare befintlighet, skador, fasthållning
- Tätningar dörrar skador, befintlighet
- Tätningar dörrar, främre gavel skador, befintlighet
- Belysning funktion
- Container rengöring
- Utrustning rengöring, placering
- Dörrar stängning, låsning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Förvaring, utomhus och inomhus Anslut till avfuktningssystem, utomhus eller inomhus, vid förvaring en natt eller längre

Se även M7782-112007
KORTTIDSFÖRVARING

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Vid behov, dock minst var 3:e månad

5. Dörrar

		1	2	3	4
• Dörrar, draperi	skador, funktion, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Dörrtätningar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Dörrar och vägg	parallellitet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Dörrar, spanjolettlås	kontroll, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Färgavskavning	kontroll, bättringsmålning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Gångjärn	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

6. Elsystem 400/230 V

		1	2	3	4
• Intag och uttag	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Belysningsarmaturer	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Personskyddsautomater	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Efterlysande list	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

7. Hydraulsystem

		1	2	3	4
• Hydraulpump, cylindrar, ledning	skador, fastsättning, funktion, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

8. Smörjning

		1	2	3	4
• Smörjning	enligt smörjschema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER